

## Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa fabrycznie nowego zestawu chłodzącego do wyparki, dla GDDKiA Oddział w Zielonej Górze Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe z siedzibą w Raculi – szt. 1

### A. Zakres zamówienia obejmuje:

- dostawę urządzenia będącego przedmiotem zamówienia do Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego w Raculi, ul. Racula – Wierzbowa 6, 66-004 Zielona Góra,
- instrukcję obsługi w języku polskim
- wszystkie wymagane deklaracje zgodności, w tym oznakowanie i certyfikat CE,
- gwarancja dla urządzenia, co najmniej 24 miesiące
- zapewnienie stałego autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,
- usunięcie awarii w trakcie gwarancji w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.

### B. Opis techniczny przedmiotu zamówienia:

Zestaw będący przedmiotem zamówienia powinien posiadać i spełniać poniższe wymagania:

- minimalny zakres temperatury roboczej od -20°C do +100°C,
- regulacja temperatury ze skokiem 0,1°C,
- pojemność łaźni co najmniej 4,0 l,
- moc grzania co najmniej 2 kW,
- wyposażony w pompę cyrkulacyjną o maksymalnym natężeniu przepływu do 16 l/min i ciśnieniu do 0,5Bar,
- funkcja wyświetlania wartości uzyskanej i zadanej temperatury,
- wyprowadzenie i wpust cieczy chłodzącej zestawu o średnicy zewnętrznej w zakresie 8-10mm,
- możliwość zasilania wodą i mieszaniną wody z glikolem,
- zabezpieczenie górnego limitu przekroczenia temperatury oraz niskiego poziomu cieczy,
- zasilanie 220V,

**NACZELNIK**  
**WYDZIAŁU TECHNOLOGII**  
**LABORATORIUM DROGOWE**

*inż. Andrzej Ladaczyński*