

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa fabrycznie nowych suszarek laboratoryjnych minimum 440 litrów – szt. 2

A. Zakres zamówienia obejmuje:

- dostawę urządzenia będącego przedmiotem zamówienia do Wydziału Technologii Laboratorium Drogowego w Raculi, ul. Racula – Wierzbowa 6, 66-004 Zielona Góra
- instrukcję obsługi w języku polskim
- wszystkie wymagane deklaracje zgodności, w tym oznakowanie i certyfikat CE,
- gwarancja dla urządzenia, co najmniej 24 miesiące
- zapewnienie stałego autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,
- usunięcie awarii w trakcie gwarancji w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.

B. Opis techniczny przedmiotu zamówienia:

Urządzenie będące przedmiotem zamówienia powinno posiadać i spełniać poniższe wymagania:

- Pojemność min. 440 litrów.
- Z wymuszonym przez wentylator obiegiem powietrza i otworami wentylacyjnymi.
- Zewnętrzna obudowa szafkaowa, ze stali nierdzewnej teksturowanej.
- Obudowa wewnętrzna i półki wykonane, ze stali kwasoodpornej 1.4301
- Wewnątrz suszarki możliwość montażu trzech półki, z możliwością regulacji położenia, dopuszczalne obciążenie każdej półki co najmniej 60 kg.
- Zasilanie z sieci prądu zmiennego o napięciu 400V, 50 Hz, wtyczka pasująca do polskich gniazdek.
- Zakres ustawienia temperatury od +20 do +300 st.C. z dokładnością nastawy 0,5 st. C.
- Systemem grzewczym 4 płaszczyznowy (ściany boczne, sufit i dno)
- Przepustnica powietrza wentylującego sterowana elektronicznie.
- Suszarka powinna być wyposażona w kolorowy, dotykowy, wyświetlacz TFT z dostępnymi równocześnie parametrami: temperatury, prędkość wentylatora, pozycja klapy wylotu powietrza, czas trwania programu.
- Dwa czujniki Pt100 DIN klasy A
- Wewnętrzny rejestrator danych o możliwości archiwizacji danych co najmniej 10 lat
- Zegar cyfrowy, ustawiany w zakresie od 1 minuty do 99 dni i 23 godzin
- Interfejs USB - urządzenia do odczytywania protokołu i do wgrywania programów, danych

Z-CA DYREKTORA ODDZIAŁU

inż. Andrzej Ladaczyński